


Jext® Sjekkliste for forskrivere

- Jext er en ferdigfylt injeksjonspenn (autoinjektor) som gir en dose adrenalin (som tartrat).
- Jext er tiltenkt for akuttbehandling av alvorlige allergiske reaksjoner (anafylaksi) mot insektstikk eller -bitt, matvarer, legemidler eller andre allergener, men også idiopatisk eller treningsutføst anafylaksi.
- Opplæring av pasienter og pleiere er avgjørende for å sikre korrekt håndtering og administrering av adrenalin til rett tid i akutte situasjoner og derfor en viktig del av pasientens risikohåndtering. Kunnskap om korrekt administreringsteknikk og produkthåndtering reduserer ytterligere risikoen for feil eller utilstrekkelig legemiddeladministrering og minimerer risikoen for bivirkninger.
- Hensikten med denne sjekklisten er å hjelpe deg som forskriver å instruere pasienten og /eller pleieren i korrekt bruk, oppbevaring og håndtering av Jext. Sjekklisten kan brukes som et generelt instruksjonsverktøy eller for å dokumentere rådgivning til enkeltpasienter.

Følgende utdanningsmateriale angående korrekt bruk oppbevaring og håndtering av Jext finnes tilgjengelig for pasienter og pleiere:

- Jext Demonstrasjonspenn
- Instruksjonsfilm
- Pasientkort



Jext® Sjekkliste for forskrivere

- › Forsikre deg om at du som forskriver kan svare “ja” på spørsmålene nedenfor angående forskriving, brukerinstruksjoner, oppbevaring og håndtering av Jext.

Pasientens navn: _____

› Forskriving

Veier pasienten mellom 15 kg og 30 kg?	<i>Forskriv Jext 150 mikrogram</i>
Veier pasienten mer enn 30 kg?	<i>Forskriv Jext 300 mikrogram</i>
Har to Jext autoinjektorer blitt forskrevet til pasienten?	
Har pasienten blitt anbefalt å alltid ha med seg to Jext autoinjektorer?	

› Bruksanvisning

Har pasienten blitt instruert under hvilke omstendigheter Jext skal brukes?	
Har pasienten blitt vist riktig håndtering og administreringsteknikk?	
Er pasienten informert om å ringe 113, be om ambulanse og oppgi anafylaksi for akutt medisinsk hjelp etter administrering av Jext autoinjektor, selv om symptomene ser ut til å forbedres?	
Vet pasienten at ytterligere en Jext autoinjektor kan administreres 5-15 minutter etter første dosen om det ikke har skjedd en klinisk forbedring?	
Har pasienten fått en Jext Demonstrasjonspenn for regelmessig å kunne øve på riktig administreringsteknikk?	
Er pasienten informert om ikke å ha med seg eller oppbevare Jext Demonstrasjonspenn sammen med Jext autoinjektor?	
Har pasienten fått et “Pasientkort” for ytterligere øving og veiledning?	
Har pasienten blitt anbefalt å se på instruksjonsfilmen om hvordan Jext brukes på www.infoaai.com ?	

› Oppbevaring og håndtering


Er pasienten informert om å oppbevare Jext under 25 °C og unngå at produktet fryser?	
Er pasienten informert om å regelmessig kontrollere adrenalinløsningen gjennom visningsvinduet på pennen for å sikre at løsningen ser klar og fargeløs ut, og å bytte autoinjektor om løsningen er misfarget eller inneholder en utfelling?	
Er pasienten informert om regelmessig å kontrollere Jext og forsikre seg om at pennen byttes ut før utgangsdatoen er passert?	

Forskriverens signatur: _____

Dato: _____


Jext®: Bruksanvisning

1,»




Hold Jext-injektor i den hånden du vanligvis bruker (den du bruker til å skrive med), med tommelen nærmest den gule sikkerhetshetten.

2,»



Ta av den gule sikkerhetshetten med den andre hånden.

3,»



Hold den sorte injektorenden i en rett vinkel (ca. 90°) mot utsiden av låret.

4,»



Press den sorte enden bestemt mot utsiden av låret til du hører et klikk, som indikerer at injeksjonen har startet. Hold injektoren fast mot låret i 10 sekunder (tell sakte til 10) og ta den ut. Den sorte enden går automatisk ut og skjuler nålen igjen.

5,»



Masser injeksjonsstedet i ca. 10 sekunder. Oppsøk medisinsk hjelp omgående. Ring 113, spør etter ambulanse og opplys om anafylaksi. Om du ikke kan ringe selv, må du sørge for at noen andre ringer for deg.